الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة
المديرية العامة

رقم المحفوظات: ٤٥/٢٠٢/١٦
بيروت في ١١ كانون الأول ٢٠١٨

قرار رقم ١/٢٥٢٢
سحب طبخات معينة من مستلزم طبي من الاسواق اللبنانية ومنع تداولها

ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم ٣ تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٣٦٧ تاريخ ١٩٩٤/٨/١ و تعديلاته
بناء على كتاب مستودع ادوية شركة " ديما هيلث- كير" ش.م.م المسجل لدى مصلحة الديوان تحت رقم ٤٧٩١٢ تاريخ ٢٠١٨/١١/١٩ المرفق بكتاب من شركة Medtronic و المتضمنين قرارهم بسحب طوعي لبعض الطبخات من المستلزم الطبي Covidien Parietex™ Composite Parastomal Mesh من الاسواق اللبنانية وذلك بسبب:

"failure identified several years following parastomal hernia repair and leading to hernia reccurence requiring additional surgical treatment."

وحفاظا" على السلامة العامة،
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تُسحب من الاسواق اللبنانية ويمنع تداول طبخات من المستلزم الطبي Covidien Parietex™ Composite Parastomal Mesh الآتي بيانها :

Material Description	Batch no/ Serial no	
PCOPM15 PARIETEX COMP STOMY 15CM NOHOLE	PRG1020X	Exported to Lebanon
PCOPM20 PARIETEX COMP STOMY 20CM NOHOLE	PRI1411X	Exported to Lebanon
PCOPM15 PARIETEX COMP STOMY 15CM NOHOLE	PSA1209X	Exported to Lebanon
PCOPM20 PARIETEX COMP STOMY 20CM NOHOLE	PSC0188X	Exported to Lebanon

المادة الثانية: يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير الصحة العامة
غسان حاصباني

الجمهورية اللبنانية - المديرية العامة - قلم الديوان - وزارة الصحة العامة

يبلغ:
- منظمة الصحة العالمية
- المديرية العامة للجمارك
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- نقابة الاطباء في بيروت و الشمال
- نقابة اصحاب المستشفيات
- نقابة صيادلة لبنان
- نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات
- مديرية العناية الطبية
- التفتيش الصيدلي في مصالح الصحة العامة في المحافظات
- مصلحة الصيدلة و الدوائر التابعة لها مع الملف
- المستودع العام للادوية الكرنتينا بـ/دائرة التجهيز و التموين
- الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة
- المحفوظات.