

الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة
المديرية العامة

رقم المحفوظات: ١٦/٢٢-٢٤
بيروت في ٢٩ من ٢٠٢١

قرار رقم ١/٩.٧
سحب طبختين معينتين من مستلزم طبي من الاسواق اللبنانية ومنع تداولهما

ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم ٦١٥٧ تاريخ ٢٠٢٠/١/٢١
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٣٦٧ تاريخ ١٩٩٤/٨/١ و تعديلاته
بناء على كتاب مستودع ادوية خليل فتال و اولاده المسجل لدى مصلحة الصيدلة تحت رقم ٢٥٠٤٦ تاريخ ٢٠٢١/٧/٧
المرفق بكتاب من شركة SANDOZ تاريخ ٢٠٢١/٧/١ و المتضمنين قرار شركة Baxter Healthcare GmbH بسحب طوعي
للطبختين رقم 17D10T040 و رقم 16I12T703 من المستلزم الطبي INFUSSET.PVC FREI 0,22YM FIL
من الاسواق اللبنانية وذلك بسبب : The documentation provided by Baxter subcontractor for sterilization
is insufficient to prove appropriate sterility assurance .

وحفاظاً على السلامة العامة،
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تسحب من الاسواق اللبنانية ويمنع تداولهما الطبختين رقم 17D10T040 و رقم 16I12T703 من المستلزم الطبي :
INFUSSET.PVC FREI 0,22YM FIL لمصنع Baxter Healthcare GmbH .

المادة الثانية: يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون هذا القرار .

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .



- يبلغ:
- منظمة الصحة العالمية
 - المديرية العامة للجمارك
 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 - نقابة الاطباء في بيروت و الشمال
 - نقابة اصحاب المستشفيات
 - نقابة مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية
 - نقابة صيادلة لبنان
 - نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات
 - مديرية العناية الطبية
 - التفتيش الصيدلي في مصالح الصحة العامة في المحافظات
 - مصلحة الصيدلة و الدوائر التابعة لها مع الملف
 - المستودع العام للادوية الكريتين ب/دائرة التجهيز و التموين
 - الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة
 - المحفوظات.