

REPUBLIC OF LEBANON

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

THE DIRECTOR GENERAL



الجمهوريّة اللبنانيّة
وزارة الصحّة العامة
المديّر العام

٣٧٥٠ رقم المحفوظات:
٤١٢/٤/١٣٦١٩ رقم الصادر :
بيروت، في : ٩ - آب - ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس.

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Vascular cannula and catheters, angiography, K6J100/JR4, K6J100/JL4,
K6J100/IM, K6J100/JR3.5
Trade Mark: Kimal plc
Local Representative: Novamed S.A.R.L

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانيّة

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تفيد بوجود خلل في عمل الصنف المذكور
أعلاه مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المريض ، نطلب منكم متابعة هذا الموضوع مع الاطباء
الاختصاصيين والعمل بموجب التوصيات الصادرة عن الشركة المصنعة والمتابعة مع الشركة
الموردة لاتخاذ الاجراء المناسب.

نرجو تعميم هذه النشرة على المستشفيات المعنية والعمل بموجب التوصيات الصادرة عن الشركة
المصنعة والمتابعة مع الشركة الموردة لاتخاذ الاجراء المناسب.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة.

بيان:

دائرة البرامج والمشاريع
المحفوظات



وثيقة مصدقة للأصدر
٢٠١٢ آب ٩
دبيس قسم امانة السر
عنابة عفن

