



رقم المحفوظات: ٣٧١٢٥
رقم الصادر: ١٣/١٤١.٨
بيروت، في: ٢٤ نيسان ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Needles, Injection, Subcutaneous Port, Angled Surecan Needles

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Needles, Injection, Subcutaneous Port, Angled Surecan Needles
- Trade Mark: B Braun Medical Inc
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن الشركة المصنعة

الذي يشير الى خلل في عملية التوضيب مما يؤثر على فعالية التعقيم ، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات



