



رقم المحفوظات: ٣١/٢٥  
رقم الصادر: ١٣/١/٤٤٥٦  
بيروت، في: ٢٦ نيسان ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Pads, Circulating-Fluid, Sterile Polar Pads Contained in Cold  
Therapy Combination Units

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Pads, Circulating-Fluid, Sterile Polar Pads Contained in Cold Therapy Combination Units
- Trade Mark: Breg Inc, An Orthofix Company
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن وكالة ال FDA الذي يشير الى خلل في طريقة حفظ الجهاز المذكور اعلاه مما قد يؤثر على فعالية التعقيم ، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة
- يبلغ:
- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة  
د. وليد عمّار

