



رقم المحفوظات: ٤٥٨١
رقم الصادر: ١٣/١/١٤٦٠٧
بيروت، في: ٢٧ نيسان ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Infusion and transfusion, heart lung circuits; cardio-pulmonary reservoirs.
Cardiotomy reservoir/ autotransfusion reservoir

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Infusion and transfusion, heart lung circuits; cardio-pulmonary reservoirs.
Cardiotomy reservoir/ autotransfusion reservoir
- Trade Mark: Maquet Inc
- Local Representative:

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانية

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خلل في عملية توضيب الصنف المذكور اعلاه مما قد يؤثر على فعالية التعقيم، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة

د. وليد عمار



