



رقم المحفوظات: ٤٥ / ٨١
رقم الصادر: ١٣ / ١ / ٢٥٧٩١
بيروت، في:
٢ - آب - ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Suture, Digitex 2-0 Polydioxanone (PDO) suture

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Suture, Digitex 2-0 Polydioxanone (PDO) suture
- Trade Mark: Coloplast A/S
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خطأ في تاريخ الصلاحية مما يؤثر على سلامة المريض، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة
د. وليد عمار



