



رقم المحفوظات: ٢٥١٢  
رقم الصادر: ١٢/١/٢٥٩٤٤  
بيروت، في: ٥ - آب - ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

**الموضوع:** إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Implants, Active, Infusion Pumps Programmable Pump. Medstream 20ml  
and 40ml reservoir Infusion Pumps

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Implants, Active, Infusion Pumps Programmable Pump. Medstream 20ml and 40ml reservoir Infusion Pumps.
- Trade Mark: Codman Johnson & Johnson
- Local Representative:

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانية

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA


والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خلل في عمل الصنف الوارد أعلاه مما قد يؤثر على سلامة المريض، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطا:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

**يبلغ:**

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات



مدير عام الصحة

د. وليد عمار

