



رقم المحفوظات: ٧/٢٥
رقم الصادر: ١٤٨/٢٧٧٤
بيروت، في: ٢ - أيار - ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Joint prosthesis, shoulder. PyroTITAN humeral resurfacing arthroplasty (CHRA)

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Joint prosthesis, shoulder. PyroTITAN humeral resurfacing arthroplasty (CHRA)
- Trade Mark: Integra LifeSciences ORTHOPAEDIC
- Local Representative: Asmar Medical

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانية

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خلل في عمل الصنف الوارد أعلاه مما يستدعي إعادة العملية الجراحية، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يلف:

دائرة البرامج والمشاريع ✓

- المستشفيات الحكومية

- المحفوظات

مدير عام الصحة

د. وليد عمار



