



رقم المحفوظات: ٤٧/٢٥  
رقم الصادر: ١٣/٧٢٤٢٥٩  
بيروت، في:  
٣ تشرين الثاني ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Flush syringe, Monoject

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Flush syringe, Monoject
- Trade Mark: Covidien LLC
- Local Representative: Dima Health Care / Mediline

بناء على التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

والذي يشير الى وجود خطأ في محتوى الملصق للصنف المذكور أعلاه مما قد يؤثر على سلامة المريض، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة

د. وليد حمار



