



رقم المحفوظات: ١٢/١/٢٠١٢
رقم الصادر: ٢٠١٢
بيروت، في: ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

COGNIS Implantable Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators (CRT-Ds)
and TELIGEN DR & VR Implantable Cardioverter-Defibrillators (ICDs)

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- COGNIS Implantable Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators (CRT-Ds) and TELIGEN DR & VR Implantable Cardioverter-Defibrillators (ICDs)
- Trade Mark: Boston Scientific Ltd
- Local Representative: Medilife s.a.l

بناء على التقرير الصادر عن الوكالة الأسترالية TGA والذي يشير الى وجود خلل في عمل الصنف الوارد أعلاه، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن الوكالة الأسترالية TGA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة

د. وليد عمار



